


# M'Sure-S

Sirolimus Salımlı Koroner Stent

CE  
2460



1,1 bar yüksek radyal mukavemet ve 59 µg ultra düşük gergi kalınlığı optimal dengesi.

M'Sure-S, aynı anda bozulan biyolojik olarak bozunabilir ve biyo-uyumlu bir polimer bazından 30 gün içinde elute edilmek üzere zamanlanmış düşük doz Sirolimus (1.30 µg/mm<sup>2</sup>) validasyonlu bir formülasyonu kullanır.





1.30µg  
of Sirc


1.30 µg /mm<sup>2</sup> of  
Sirolimus




Biyobozunur ve Biyouyumlu - PLLA & PLGA



Akıllı Benzersiz Stent Tasarımı, yüksek derecede esneklik, mükemmel iskele, daha az geri tepme ve ön kısalma ve Yüksek Radyal Dayanım sağlar.



Düşük eğim kalınlığı 59 µg + 2 µg ilaç ve polimer kaplama



Zaman Sirolimus İlaç ve Bio-uyumlu polimer kombinasyonu test, 30-40 gün içinde salınmak üzere zamanlanmış

0,05 mm geç hasar ile kanıtlanmış klinik takip kaydı.





Katalog numaraları:

Dia/Length	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
2.25	S22508	S22512	S22516	S22520	S22524	S22528	S22532	S22536	S22540	S22544	S22548
2.50	S25008	S25012	S25016	S25020	S25024	S25028	S25032	S25036	S25040	S25044	S25048
2.75	S27508	S27512	S27516	S27520	S27524	S27528	S27532	S27536	S27540	S27544	S27548
3.00	S30008	S30012	S30016	S30020	S30024	S30028	S30032	S30036	S30040	S30044	S30048
3.50	S35008	S35012	S35016	S35020	S35024	S35028	S35032	S35036	S35040	S35044	S35048
4.00	S40008	S40012	S40016	S40020	S40024	S40028	S40032	S40036	S40040	S40044	S40048

#### Yaygın Teknik Özellikler

Stent Çapları (mm)	: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm
Stent Uzunlukları (mm)	: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 mm
İlaç	: Sirolimus 1.30 µg/mm <sup>2</sup>
Polimer	: PLLA ve PPLGA (Biyo ayrışabilir ve biyo uyumlu)
İletim Sistemi	: Hızlı Değiştirme
Nominal Basınç	: 8 ATM
Nominal Patlama Basıncı	: 16 ATM
Balon çıkıntısı	: - 0.3 mm
Şaft dış çapı	: Proksimal 1.9F / Distal 2.7F
Radyopak markerler	: 2 - Platinyum / İridyum
Kullanılabilir Kateter Uzunluğu	: 140 cm
Minimum Kılavuz Kateteri No	: 5F / 0.056"
Maksimum Kılavuz Teli	: 0.014" (0.36 mm)



Multimedics

Plot No.28, Phase-3, HPSIDC Ind. Area Baddi, Distt. Solan-173205 (HP), Hindistan